**Qualitätszertifikat · Certificate of Performance**
**Certifcat de qualité · Certificado de calidad**

**BLAUBRAND®**
**Volumenmessgeräte · Volumetric Instruments**
**Appareils de volumétrie · Material volumétrico**

BLAU BRAND

**Chargenprüfung · Batch control**
**Contrôle du lot · Control del lote**

Diese Endprüfwerte sind bezogen auf 20°C. Diese Prüfung erfolgte gemäß ISO 4787. Die verwendeten Normale sind an die Normale der PTB angeschlossen.

These final test values refer to 20°C. The test was effected according to ISO 4787. The used standards are connected with the standards of the PTB (Federal Institute of Physics and Metrology).

Ces valeurs finales se réfèrent à 20°C. Le test a été effectué selon ISO 4787. Les étalons utilisés sont liés aux étalons du PTB (Institut Fédéral de la Physico-Technique Allemand).

Estos valores de control final se refieren a 20°C. El control se efectuó de acuerdo con ISO 4787. Los patrones utilizados son ligados a los patrones de PTB (Organismo oficial alemán de calibrado y standards).

ISO 9001·14001 CERTIFIED

BRAND GMBH + CO KG
Otto-Schott-Str. 25
97877 Wertheim
Germany

BRAND

**Bürette, Burette, Burette, Bureta**

BLAUBRAND, AS Schellbach

| | |
|---|---|
| Best.-Nr. / Cat. No./ Réf. / Ref.: | 12467 DE-M 17 |
| Nennvolumen/Nominal volume: Volume nominal/Volumen nominal: | **25.0** ml |
| Fehlergrenze/Error limit: Limite d'erreur/Limite de error: | ± 0.0300 ml DIN EN ISO 385 |
| Chargen-Nr./Batch No.: Numéro du lot/Número del lote: | 17.04 |
| Mittelwert/Mean value: Valeur moyenne/Valor medio: | 25.0023 ml |
| Standardabweichung/Standard deviation: Ecart type/Desviación standard: | ± 0.0062 ml |

**Prüfmittel · Testing devices**
**Instruments de contrôle · Instrumentos de medición**

| | |
|---|---|
| Waage/Balance: Balance/Balanza: | 300500-10, 225g/0.00001 |

Die Kalibrierung erfolgt alle drei Monate./The calibration is effected every 3 months./ Le calibrage est effectué tous les 3 mois./El calibrado se efectua cada tres meses

| | |
|---|---|
| Gewichte/Weights: Poids/Peso: | 800033-1, F1 (2015, DKD11801, Nr.G2-349) |
| Thermometer/Thermometer: Thermomètre/Termómetro: | 351000-3, 0-30°C/0,1°C (2024, EA Werth., Nr.3119) |
| Prüfer/Operator: Vérificateur/Comprobador: | E. Matyja |
| Ausstellungsdatum/Date of issue: Date de délivrance/Fecha de exposición: | 20-Oct-2017 |

288293 582509

# Konformitätserklärung
# Declaration of Conformity

Kenn-Nummer / No: siehe Rückseite / see reverse side – Best.-Nr / Cat. No

Gegenstand der Erklärung / Object of the declaration:
siehe Rückseite / see reverse side – Titel / Title

Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der nachfolgend genannte Hersteller / Sole responsibility for issuance of this declaration of conformity lies with the manufacturer listed below

BRAND GMBH + CO KG
Otto-Schott-Str. 25
97877 Wertheim
Deutschland / Germany

Der Hersteller bestätigt, dass der oben beschriebene Gegenstand der Erklärung das Mess- und Eichgesetz und die darauf gestützten Rechtsverordnungen erhält:
The manufacturer confirms that the object of the declaration as described above is in compliance with the German Mess- und Eichgesetz (Weights and Measures Act) and the regulations based on it.

| |
|---|
| Einschlägige harmonisierte Normen oder normative Dokumente, die zugrunde gelegt wurden / References to relevant harmonized standards or documents used |
| - entfällt - |
| Einschlägige Regeln, technische Spezifikationen oder Feststellungen im Sinne des § 46 des Mess- und Eichgesetzes, die zugrunde gelegt wurden / References to the relevant rules, technical specifications, or decisions pursuant to section 46 of the Weights and Measures Act used |
| PTB-Anforderungen 12 (PBT-A 12 vom Dezember 2010) |
| Volumenmessgeräte für Laboratoriumszwecke |
| Sonstige technische Regeln oder Spezifikationen, die zugrunde gelegt wurden / References to other technical rules or specifications used |
| DIN EN ISO 1042, DIN EN ISO 648, DIN EN ISO 835 |
| DIN EN ISO 4788, DIN 12681, DIN EN ISO 385 |

Zusatzangaben / Additional specifications

Der Gegenstand der Erklärung wurde ab Charge Nr. 15.40 (Jahr/Charge) gemäß der Mess- und Eichverordnung gekennzeichnet. / The object of declaration was labeled according to German Mess- und Eichgesetz (Weights and Measures Act) since batch no. 15.40 (year/batch)

Wertheim, 07. Februar 2018 / February 07, 2018 # 03

Alpha-Walter Kern
Geschäftsführer Logistik / Production
Managing Director Logistics / Production

i.A. Josef Pfeifer
Qualitätsmanagement
Quality Management

BRAND

Unterzeichnet für und im Namen von / signed on behalf of and in the name of BRAND GMBH + CO KG

BRAND GMBH + CO KG · info@brand.de · www.brand.de