

Qualitätszertifikat · Certificate of Performance
Certificat de qualité · Certificado de calidad

BLAUBRAND®

**Volumenmessgeräte · Volumetric Instruments
Appareils de volumétrie · Materiel volumétrico**



DE-M

Chargenprüfung · Batch control
Contrôle du lot · Control del lote

Diese Endprüfwerte sind bezogen auf 20 °C. Die Prüfung erfolgte gemäß ISO 4787. Die verwendeten Normale sind an die Normale der PTB angeschlossen.

These final test values refer to 20 °C. The test was effected according to ISO 4787. The used standards are connected with the standards of the PTB (German Federal Institute of Physics and Metrology).

Ces valeurs finales se réfèrent à 20 °C. Le test a été effectué selon ISO 4787. Les étalons utilisés sont liés aux étalons du PTB (Institut Fédéral Physico-Technique Allemand).

Estos valores de control final se refieren a 20 °C. El control se efectuó de acuerdo con ISO 4787. Los patrones utilizados son ligados a los patrones del PTB (Organismo oficial alemán de calibrado y standards).

ISO
9001-14001
CERTIFIED

BRAND GMBH + CO KG
Otto-Schott-Str. 25
97877 Wertheim/Main
Germany



Bürette, Burette, Burette, Bureta

BLAUBRAND, AS Schellbach

Best.-Nr./Cat. No./Réf./Ref.: 12467

Nennvolumen/Nominal volume:
Volume nominal/Volumen nominal: 25,0 mlFehlergrenze/Error limit:
Limite d'erreur/Limite de error: $\pm 0,0300$ ml
DIN EN ISO 385Chargen-Nr./Batch No.:
Numéro du lot/Número del lote: 17.04Mittelwert/Mean value:
Valeur moyenne/Valor medio: 25,0023 ml
Standardabweichung/Standard deviation:
Ecart type/Desviación standard: $\pm 0,0062$ ml**Prüfmittel - Testing devices
Instruments de contrôle - Instrumentos de medición**

Waage/Balance:

Balance/Balanza: 300500-10, 225g/0.00001

Die Kalibrierung erfolgt alle 3 Monate./The calibration is effected every 3 months.
Le calibrage est effectué tous les 3 mois./El calibrado se efectua cada tres meses.

Gewichte/Weights:

Poids/Peso:

800033-1, F1
(2019, D-K-19408, Nr.G2-121)

Thermometer/Thermometer:

Thermomètre/Termómetro:

351000-3, 0-30°C/0,1°C
(2024, EA Werth., Nr.3119)~~268293~~ ~~582509~~

Prüfer/Operator:

Vérificateur/Comprobador:

E. Matysa

Ausstellungsdatum/Date of issue:

Date de délivrance/Fecha de exposición:

20-Okt-2017