

	VERSIÓN 1	EDICIÓN 27/06/2016	NIT: 811045021-0 Dirección: CARRERA 65 8B - 91 LOCAL 304 Teléfono: 361-66-44 y 354-56-78 www.servibiomedica.com	
	ORDEN DE SERVICIO			

No. 92834

Fecha:	5 de junio de 2018	Factura No.	0		
Institución	AOXLAB	MUNICIPIO	MEDELLIN	Teléfono	0
Descripción y/o Equipo:	AUTOCLAVE ELECTRICA (AUTOMÁTICA)	Marca	RITTER	Modelo	M11
		Serie	V1854763		
Placa de inventario	0172	Cod. Mantenimiento	0	Clasificación	0
Ubicación:	MICROBIOLOGIA	Nombre del Solicitante:	NATALY BOTERO	Servicio Atendido Por:	ALEX CASTAÑO
Accesorios:	0	Tipo de Trabajo:			
		Contrato	0	Ocasional	X
		Venta	0		
Motivos del Servicio y Notas del Solicitante	0	Tipo de Mantenimiento:			
		Preventivo:	X	Correctivo:	0
		Garantía	0		
		Carácter del Mantenimiento			
		Normal	X	Urgente	0
		Critico	0		
		Área del Mantenimiento			
		Mecánico:	X	Eléctrico:	0
		Óptico:	0	Ajustes:	X
		Lubricación:	0	Hidráulico	0
		Electrónico:	0		
		Pintura:	0		
		Neumático	0		
Fecha de Ejecución	Inicia	5 de junio de 2018	Termina	5 de junio de 2018	

TRABAJO REALIZADO

	REPUESTOS			
	CANT	DESCRIPCION	VR. UNIT	VALOR
1. Se Verifica el estado del empaque de la puerta				
2. chequeo mecánico y operacional de los mecanismos de cierre de la puerta y lubricación.				
3. Verificación de la secuencia y función de todos los controles				
4. Se Chequean los fusibles				
5. Se Chequean los manómetros.				
6. Se chequean válvulas				
7. Se Chequea que los sistemas de vacío y vapor.				
8. Se Verifica que las válvulas de suministro de agua funcionen				
9. Se Verifica que las conexiones de agua no tengan escapes				
10. Se Limpia el deposito del agua y los filtros.				
11. Se verifica el disparo de la válvula de seguridad				
12. Se Chequea la operación del termostato , Taimer, y controles de seguridad de presión				
13. Se Verifica las conexiones eléctricas, controles, botones , etc..				
14. Se Verifica los elementos de calefacción, que no estén reventados o conexiones deficientes.				
15. limpieza general				
16. pruebas de funcionamiento				

OBSERVACIONES

Equipo ok.

NOTA:
 REGISTRAR ESTA INFORMACION EN LA HOJA DE VIDA
 SE DEJA EQUIPO EN CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO
 ESTE TRABAJO TIENE UNA GARANTIA DE DOS (2) MESES

NATALY BOTERO AVERA
 FIRMA CLIENTE



 NIT 811 045 021

FIRMA CLIENTE
 CARGO

FIRMA DEL TECNOLOGO
 REGISTRO INVIMA No. RH-201504-145