


<b>aoxlab</b>	Formato de aseguramiento del movimiento de los equipos del Laboratorio <b>AOXLAB S.A.S</b>	Identificación: <b>FOR-TC-033</b>
		Revisión: <b>4</b>
		Inicio de vigencia: <b>2023-11-02</b>

# Formato de aseguramiento del movimiento de los equipos del Laboratorio




**AOXLAB S.A.S**

	<b>Formato de aseguramiento del movimiento de los equipos del Laboratorio</b> AOXLAB S.A.S	<b>Identificación:</b> FOR-TC-033
		<b>Revisión:</b> 4
		<b>Inicio de vigencia:</b> 2023-11-02

## DOCUMENTO CONTROLADO


### FOR-GC-033 Formato de aseguramiento de la integridad de los equipos del Laboratorio.

Copia controlada No. : 1

	Nombre	Puesto o función	Firma	Fecha
<b>Elaboró:</b>	Javier A. Torres Suarez	Líder mantenimiento y metrología		2023-10-31
<b>Revisó:</b>	Angela P. Patiño Pérez	Directora de Calidad		2023-11-01
<b>Aprobó:</b>	Dario Pardo Pardo	Director Técnico		2023-11-01
<b>Localización del documento:</b>		<a href="http://107.190.139.42/~aoxlabsgc/sig/">http://107.190.139.42/~aoxlabsgc/sig/</a>		


### Control de Cambios

Estado	Fecha de Inicio de vigencia	Revisión	Descripción del cambio realizado	Realizó	Revisó	Aprobó
Obsoleto	2017/08/01	1	Ninguno (versión original).	MEAC	YELP	YELP
Obsoleto	2018/01/11	2	Se agregó cuadro para verificar condiciones de llegada del equipo	NBR	YELP	YELP
Obsoleto	2022-08-30	3	Se ajusta al estilo establecido en el manual de identidad	YLCR	APPP	DPP
Vigente	2023-11-02	4	Se adiciona casilla para envío calibrar	JATS	APPP	DPP

	<b>Formato de aseguramiento del movimiento de los equipos del Laboratorio</b>  <b>AOXLAB S.A.S</b>	<b>Identificación:</b> <b>FOR-TC-033</b>
		<b>Revisión:</b> 4
		<b>Inicio de vigencia:</b> <b>2023-11-02</b>

<b>Formato de aseguramiento del movimiento de los equipos del Laboratorio FOR-TC-033</b>			
<sup>(3)</sup> Almacenamiento del registro: Archivador SGC / 206		<sup>(1)</sup> Consecutivo No. :	
		<sup>(2)</sup> Fecha de registro:	
<sup>(4)</sup> IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO E INFORMACIÓN DE TRASLADO (INCLUYE SOFTWARE)			
Descripción:			
Marca:			
Modelo:			
No. Serie:			
Identificación interna:			
Estado:			
Área del equipo:			
Lugar o empresa destino:			
Responsable del movimiento:			
Motivo de traslado:(marque con una X)			
Mantenimiento	<input type="checkbox"/>	Traslado	<input type="checkbox"/>
Obsoleto	<input type="checkbox"/>	Recarga	<input type="checkbox"/>
		Calibración	<input type="checkbox"/>
		Otro	<input type="checkbox"/>
<sup>(5)</sup> NOMBRE DE QUIEN AUTORIZA EL TRASLADO:			
<sup>(6)</sup> IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO E INFORMACIÓN DE LLEGADA			
Estado de llegada del equipo	Verificación de estado y funcionamiento del equipo	Fecha	<sup>(7)</sup> Firma de quien recibe

Ref: PROC-TC-004

	<b>Formato de aseguramiento del movimiento de los equipos del Laboratorio</b>  <b>AOXLAB S.A.S</b>	<b>Identificación:</b> <b>FOR-TC-033</b>
		<b>Revisión:</b> 4
		<b>Inicio de vigencia:</b> <b>2023-11-02</b>

**Instrucciones de llenado:**

<sup>(1)</sup> Indicar el número de consecutivo del registro, ej. 001/2015

<sup>(2)</sup> Indicar la fecha que se realizó el registro.

<sup>(3)</sup> Indicar el lugar físico o ruta electrónica donde se debe almacenar o coleccionar el formato una vez lleno (convertido en registro).

<sup>(4)</sup> Indicar nombre del equipo, marca, modelo, serie, otra identificación, ubicación y estado del equipo al salir del laboratorio.

<sup>(5)</sup> Indicar el personal que realizó y aprobó el registro. Indicar fecha en que se cerró el registro.

<sup>(6)</sup> Indicar nombre del equipo, marca, modelo, serie, otra identificación, ubicación y estado del equipo al llegar al laboratorio.

<sup>(7)</sup> Firma de la persona que recibe el equipo al regreso al laboratorio.

<sup>(Nota)</sup> Recuerde tachar o cancelar los espacios en blanco no utilizados durante el llenado de este formato (en operación) y mantenerlo siempre legible. Si requiere hacer algún cambio a un valor ya escrito (registro), colocar el nuevo valor al lado y rubricarlo con fecha sin hacer ilegible el anterior.