

MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE LABORATORIO					
INFORME TÉCNICO					
CLIENTE:	AOXLAB	CIUDAD:	MEDELLÍN	FECHA:	18-02-07
EQUIPO:	VORTEX	SERIE:	251121		
MARCA:	VELP SCIENTIFICA	CODIGO:	0003		
MODELO	VORTEX MIXER CLASSIC				
DIAGNOSTICO:					
El equipo no trabaja					
SERVICIO:					
Revisión de tarjetas electrónicas.					
OBSERVACIONES:					
El equipo queda funcionando. se observó que el microswitch (dispositivo encargado para la función del modo touch) se encuentra desgastado por el trabajo que ejecuta, se posiciona bien para que logre cumplir la función.					
Equipo en funcionamiento		x	Equipo fuera de uso		
Ingeniero(a)	Yasmin Lopera	Nombre	Juan Camilo Cortés L		
Cargo		Cargo	Metrólogo		
Firma		Firma			