

	VERSIÓN 1	EDICIÓN 27/06/2016	NIT: 811045021-0 Dirección: CARRERA 65 8B - 91 LOCAL 304 Teléfono: 361-66-44 y 354-56-78 www.servibiomedica.com	
	<b>ORDEN DE SERVICIO</b>			

**No. 92697**

**Fecha:** 26 de abril de 2018      **Factura No.:** 7336  
**Institución:** AOXLAB      **MUNICIPIO:** MEDELLIN      **Teléfono:** 0  
**Descripción y/o Equipo:** CENTRIFUGA      **Marca:** EPPENDORF      **Modelo:** 540      **Serie:** 5927AJ213219  
**Placa de inventario:** 0007      **Cod. Mantenimiento:** 0      **Clasificación:** 0

**Ubicación:** MICROTOXINAS      **Nombre del Solicitante:** NATALY BOTERO RIVERA      **Servicio Atendido Por:** ALEXANDER CASTAÑO - CARLOS PINEDA

<b>Accesorios:</b>	<b>Tipo de Trabajo:</b>					
	<b>Contrato</b>	X	<b>Ocasional</b>	0	<b>Venta</b>	0
	<b>Tipo de Mantenimiento:</b>					
	<b>Preventivo:</b>	X	<b>Correctivo:</b>	0	<b>Garantía</b>	0
	<b>Carácter del Mantenimiento</b>					
	<b>Normal</b>	X	<b>Urgente</b>	0	<b>Critico</b>	0
<b>Motivos del Servicio y Notas del Solicitante</b>	<b>Área del Mantenimiento</b>					
	<b>Mecánico:</b>	X	<b>Eléctrico:</b>	0	<b>Electrónico:</b>	0
	<b>Óptico:</b>	0	<b>Ajustes:</b>	X	<b>Pintura:</b>	0
	<b>Lubricación:</b>	0	<b>Hidráulico</b>	0	<b>Neumático</b>	0

**Fecha de Ejecución**      **Inicia** 26 de abril de 2018      **Termina** 26 de abril de 2018

**TRABAJO REALIZADO**


- Chequee las condiciones físicas del cordón de potencia y del enchufe
- Chequee la integridad mecánica de switches, controles, medidores, seguro, arandela, etc.
- Chequee las escobillas
- Lubrique el motor y las balineras si es el caso
- Verifique la exactitud del taimer
- se realiza prueba de funcionamiento.

REPUESTOS			
CANT	DESCRIPCION	VR. UNIT	VALOR
-		-	-

**OBSERVACIONES**

EQUIPO OK.

**NOTA:**  
 REGISTRAR ESTA INFORMACION EN LA HOJA DE VIDA SE DEJA EQUIPO EN CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO ESTE TRABAJO TIENE UNA GARANTIA DE DOS (2) MESES

  
 FIRMA ENCARGADO SEDE

  
 FIRMA TECNICO  
**REGISTRO INVIMA No: RH-201411-576**  
**REGISTRO INVIMA No. RH-201504-145**