

LABORATORIO DE METROLOGIA ANAYCO S.A.S.
Anayco S.A.S. Metrology Lab.

INSTRUMENTO: ESPECTROFLURIMETRO
Instrument

FABRICANTE: BIOTEK
Manufacturer

MODELO: SYNERGY H1
Model

NÚMERO DE SERIE: 1401114
Serial number

CÓDIGO: 0072
Code

SOLICITANTE: AOXLAB S.A.S.
Customer

DIRECCIÓN: CALLE 32 F No. 74 B 122
Address

CIUDAD: MEDELLIN
City

FECHA: 2017-07-10
Date

NÚMERO DE PÁGINAS DEL INFORME INCLUYENDO ANEXOS: Dos (2)
Number of pages of this certificate and documents attached

FIRMA AUTORIZADA
Autorized signature



Tec. Juan Pablo Martinez G.

Metrólogo Laboratorio de Calibración

Calibrado por - Calibrated by:

Los resultados contenidos en el presente informe se refieren al momento y condiciones en que se realizaron las mediciones. ANAYCO no se responsabiliza de los perjuicios que puedan derivarse del uso inadecuado de los instrumentos verificados.

The results of this certificate to the moment and conditions in which the measurements were made. ANAYCO assumes no responsibility for damages ensuing misuse of the calibrated instruments.

MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE LABORATORIO
MANTENIMIENTO PREVENTIVO

CLIENTE:	AOXLAB S.A.S.	CIUDAD:	MEDELLIN	FECHA	10-jul-17
EQUIPO:	ESPECTROFLURIMETRO		SERIE:	1401114	
MARCA:	BIOTEK		CODIGO:	0072	
MODELO:	SYNERGY H1		STIKER:	74653	

DIAGNÓSTICO

Equipo en buen estado y funcional.

OBSERVACIONES

1. Se realiza mantenimiento interno y externo.
2. Se realiza mantenimiento al ventilador.
3. Revisión de conexiones.
4. Prueba de funcionamiento.

NOTA:

El instrumento queda en óptimas condiciones de funcionamiento.

Equipo en funcionamiento	x	Equipo fuera de servicio	
Recibido por:	Yasmin Correa	Entregado por:	Juan Pablo Martinez
Cargo	Servicio Metrologico	Cargo	Metrólogo