

## Informe de Mantenimiento

Número: 75512  
Number

LABORATORIO DE METROLOGIA ANAYCO S.A.S.  
Anayco S.A.S. Metrology Lab.

**INSTRUMENTO:** FIBRE THERM  
*Instrument*

**FABRICANTE:** SCHOTT  
*Manufacturer*

**MODELO:** FT 12  
*Model*

**NÚMERO DE SERIE:** 1755150020  
*Serial number*

**CÓDIGO:** 0100  
*Code*

**SOLICITANTE:** AOXLAB SAS.  
*Customer*

**DIRECCIÓN:** CALLE 32 F No. 74 B 122  
*Address*

**CIUDAD:** MEDELLIN  
*City*

**FECHA:** 2017-09-08  
*Date*

**NÚMERO DE PÁGINAS DEL INFORME INCLUYENDO ANEXOS:** Dos (2)  
*Number of pages of this certificate and documents attached*

**FIRMA AUTORIZADA**  
*Authorized signature*

**Tec. Sigifredo Ramirez Perez.**

Metrólogo Laboratorio de Calibración

Calibrado por - Calibrated by:

Los resultados contenidos en el presente informe se refieren al momento y condiciones en que se realizaron las mediciones. ANAYCO no se responsabiliza de los perjuicios que puedan derivarse del uso inadecuado de los instrumentos verificados.  
*The results of this certificate to the moment and conditions in which the measurements were made. ANAYCO assumes no responsibility for damages ensuing misuse of the calibrated instruments.*

MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE LABORATORIO  
MANTENIMIENTO PREVENTIVO

CLIENTE:	AOXLAB SAS.	CIUDAD:	MEDELLIN	FECHA	2017-09-08
EQUIPO:	FIBRE THERM	SERIE:	1755150020		
MARCA:	SCHOTT	CODIGO:	0100		
MODELO:	FT 12	STIKER:	75512		

**DIAGNÓSTICO**

Equipo para mantenimiento.

**OBSERVACIONES**

1. Se realiza limpieza externa e interna al quipo.
2. Se realiza limpieza de mecanismos, revisión de mangueras y circuitos eléctricos.
3. Revisión del display y teclado
4. verificación de funciomamiento.

**NOTA:**

El instrumento queda en óptimas condiciones de funcionamiento.

Equipo en funcionamiento	x	Equipo fuera de servicio	
--------------------------	---	--------------------------	--