

Informe de Mantenimiento

Número: 75511
Number

LABORATORIO DE METROLOGIA ANAYCO S.A.S.
Anayco S.A.S. Metrology Lab.

INSTRUMENTO: TITULADOR POTENCIÓMETRO
Instrument

FABRICANTE: SI ANALYTICS
Manufacturer

MODELO: TITROLINE 6000
Model

NÚMERO DE SERIE: 10004355
Serial number

CÓDIGO: 0152
Code

SOLICITANTE: AOXLAB SAS.
Customer

DIRECCIÓN: CALLE 32 F No. 74 B 122
Address

CIUDAD: MEDELLIN
City

FECHA: 2017-09-08
Date

NÚMERO DE PÁGINAS DEL INFORME INCLUYENDO ANEXOS: Dos (2)
Number of pages of this certificate and documents attached

FIRMA AUTORIZADA
Authorized signature



Tec. Sigifredo Ramirez Perez.

Metrólogo Laboratorio de Calibración

Calibrado por - Calibrated by:

Los resultados contenidos en el presente informe se refieren al momento y condiciones en que se realizaron las mediciones. ANAYCO no se responsabiliza de los perjuicios que puedan derivarse del uso inadecuado de los instrumentos verificados.

The results of this certificate to the moment and conditions in which the measurements were made. ANAYCO assumes no responsibility for damages ensuing misuse of the calibrated instruments.

**MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE LABORATORIO
MANTENIMIENTO PREVENTIVO**

CLIENTE:	AOXLAB SAS.	CIUDAD:	MEDELLIN	FECHA	2017-09-08
EQUIPO:	TITULADOR POTENCIÓMETRO		SERIE:	10004355	
MARCA:	SI ANALYTICS		CODIGO:	0152	
MODELO:	TITROLINE 6000		STIKER:	75511	

DIAGNÓSTICO

Equipo para mantenimiento.

OBSERVACIONES

1. Se realiza limpieza externa e interna al quipo.
2. Se realiza limpieza del circuito externo.
3. Verificación del teclado.
4. Verificación del funcionamiento del display y dosificación.
5. Verificación de funciomamiento.

NOTA:

El instrumento queda en óptimas condiciones de funcionamiento.

Equipo en funcionamiento	x	Equipo fuera de servicio	
---------------------------------	----------	---------------------------------	--