

	VERSIÓN 1	EDICIÓN 27/06/2016	NIT: 811045021-0 Dirección: CARRERA 65 8B - 91 LOCAL 304 Teléfono: 361-66-44 y 354-56-78 www.servibiomedica.com	
	ORDEN DE SERVICIO			

No. 92695

Fecha: 26 de abril de 2018 **Factura No.:** 7336
Institución: AOXLAB **MUNICIPIO:** MEDELLIN **Teléfono:** 0
Descripción y/o Equipo: INCUBADORA **Marca:** MEMMERT **Modelo:** IN 75 PLUS **Serie:** D314,0114
Placa de inventario: 0156 **Cod. Mantenimiento:** 0 **Clasificación:** 0

Ubicación: MICROBIOLOGIA **Nombre del Solicitante:** NATALY BOTERO RIVERA **Servicio Atendido Por:** ALEXANDER CASTAÑO - CARLOS PINEDA

Accesorios: 0	Tipo de Trabajo:					
	Contrato	X	Ocasional	0	Venta	0
	Tipo de Mantenimiento:					
	Preventivo:	X	Correctivo:	0	Garantía	0
	Carácter del Mantenimiento					
	Normal	X	Urgente	0	Critico	0
Motivos del Servicio y Notas del Solicitante 0	Área del Mantenimiento					
	Mecánico:	X	Eléctrico:	0	Electrónico:	0
	Óptico:	0	Ajustes:	X	Pintura:	0
	Lubricación:	0	Hidráulico:	0	Neumático	0

Fecha de Ejecución **Inicia** 26 de abril de 2018 **Termina** 26 de abril de 2018

TRABAJO REALIZADO


1. Verificación de funcionamiento
2. Revisión pt 100 y resistencias
3. Limpieza de coolers
4. Verificación eléctrica y electrónica
5. Revisión aislantes
6. Lubricación piezas móviles
7. Limpieza y desinfección general
8. Verificación de funcionamiento

REPUESTOS			
CANT	DESCRIPCION	VR. UNIT	VALOR
-		-	-

OBSERVACIONES

EQUIPO OK.

NOTA:
 REGISTRAR ESTA INFORMACION EN LA HOJA DE VIDA
 SE DEJA EQUIPO EN CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO
 ESTE TRABAJO TIENE UNA GARANTIA DE DOS (2) MESES


 FIRMA ENCARGADO SEDE


 FIRMA TECNICO
REGISTRO INVIMA No: RH-201411-576
REGISTRO INVIMA No. RH-201504-145