

 Servicios de Ingeniería Biomédica S. A. S.	VERSIÓN 1	EDICIÓN 27/06/2016	NIT: 811045021-0 Dirección: CARRERA 65 8B - 91 LOCAL 304 Teléfono: 361-66-44 y 354-56-78 www.servibiomedica.com	 No. CO17 00181
	ORDEN DE SERVICIO			

No. 92696

Fecha: 26 de abril de 2018 **Factura No.** 7336
Institución AOXLAB **MUNICIPIO** MEDELLIN **Teléfono** 0
Descripción y/o Equipo: GRAMERA **Marca** RADWAG **Modelo** WTC 200 **Serie** 534808
Placa de inventario 0170 **Cod. Mantenimiento** 0 **Clasificación** 0

Ubicación: MICROBIOLOGIA **Nombre del Solicitante:** NATALY BOTERO RIVERA **Servicio Atendido Por:** ALEXANDER CASTAÑO - CARLOS PINEDA

Accesorios: 0

Tipo de Trabajo:			
Contrato	X	Ocasional	0
Venta			0
Tipo de Mantenimiento:			
Preventivo:	X	Correctivo:	0
Garantía			0
Carácter del Mantenimiento			
Normal	X	Urgente	0
Critico			0
Área del Mantenimiento			
Mecánico:	X	Eléctrico:	0
Óptico:	0	Ajustes:	X
Lubricación:	0	Hidráulico:	0
Electrónico:			0
Pintura:			0
Neumático:			0

Motivos del Servicio y Notas del Solicitante

0

Fecha de Ejecución **Inicia** 26 de abril de 2018 **Termina** 26 de abril de 2018

TRABAJO REALIZADO

- 1- Revisión entrada ac
- 2- Revisión y limpieza de sensores y cabina
- 3- Revisión tarjeta electrónica
- 4- Revisión soportes de nivelación
- 5- Revisión panel frontal
- 6- Pruebas de funcionamiento


REPUESTOS			
CANT	DESCRIPCION	VR. UNIT	VALOR

OBSERVACIONES

EQUIPO OK.

NOTA:
 REGISTRAR ESTA INFORMACION EN LA HOJA DE VIDA
 SE DEJA EQUIPO EN CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO
 ESTE TRABAJO TIENE UNA GARANTIA DE DOS (2) MESES





 FIRMA ENCARGADO SE DE

FIRMA TECNICO
 REGISTRO INVIMA No: RH-201411-576
 REGISTRO INVIMA No. RH-201504-145