


MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE LABORATORIO			
MANTENIMIENTO PREVENTIVO			
CLIENTE:	AOXLAB S.A.S	CIUDAD:	MEDELLIN
FECHA:	2017-09-19	SERIE:	032832C
EQUIPO:	PIPETA	CODIGO:	0019
MARCA:	EPPENDORF	STIKERS	76134
MODELO	SIN IDENTIFICAR		
<ul style="list-style-type: none"> ✓ Revisión e inspección de estructura física. ✓ Revisión del sistema de succión. ✓ Revisión de mecanismo principal. ✓ Mantenimiento y limpieza general. ✓ Verificación de funcionamiento. 			
OBSERVACIONES.			
Se realiza verificación de funcionamiento. El equipo opera adecuadamente.			
Equipo en funcionamiento	<input checked="" type="checkbox"/>	Equipo fuera de servicio	<input type="checkbox"/>
Recibido por:		Entregado por:	
Nombre	Mabel Elena Avila Correa	Nombre	Sigifredo Pérez Ramírez.
Cargo	Aseguramiento Metrológico	Cargo	Metrólogo
Firma		Firma	
Fecha de revisión	2017-09-19	Próximo mantenimiento	2018-09