



Equipos Médico-Quirúrgicos,
Oftalmológicos, de Laboratorio e Industria
DEPARTAMENTO DE SOPORTE TÉCNICO

ORDEN DE SOPORTE

No. **M-1233**

Cliente: Aoxlab	1. Garantía	P
Tel/Fax: 4117907 E-mail: _____	2. Contrato	P
Equipo: Tratamiento de Agua Modelo: ANUM PRO H2O PRO VF-B	3. Mantenimiento	C
Marca: SANTORUS Serie No.: 31309567 No. Inv: _____	4. Instalación	X
Ubicación: laboratorio Orden de Cliente No.: _____	5. Desinstalación	
Encargado: Maribel Avila V/S: _____	6. Acompañamiento	
	7. Diagnóstico	
	8. Capacitación	
	9. Calificación	

TRABAJOS REALIZADOS

Se realiza rutina de mantenimiento preventivo
 Se realiza verificación del sistema de control del equipo, se realiza verificación de funcionamiento de la pantalla táctil, se realiza verificación de las tuberías y filtros, se corrige fuga en filtro 615.
 Se realiza proceso de sanitización del equipo.
 Se llevan los temporizadores a cero, pero se deben cambiar los cartuchos y el ultra filtro lo antes posible.
 Se cambian filtros de 5 micras.
 Se realiza limpieza interna y externa del equipo.
 Se realizan pruebas funcionales del equipo, las pruebas realizadas son satisfactorias.

OBSERVACIONES - No se garantiza la continuidad de equipo, porque se deben cambiar de forma urgente los cartuchos y el ultra filtro


REPUESTOS	REFERENCIA	CANTIDAD	REPUESTOS	REFERENCIA	CANTIDAD

Repuestos reemplazados SI NO En caso afirmativo, ¿Éstos le fueron entregados? SI NO

Si no fueron entregados especifique el motivo

Certifico que los anteriores servicios han sido prestados satisfactoriamente.

Lugar: **Medellin**
 Fecha: **28/09/2017**


 Nombre _____
 Cliente (Firma)


 Nombre _____
 Soporte Técnico KAIKA S.A.S