



## CERTIFICADO DE VALIDACION DE INTEGRIDAD

MARCA: BIOBASE    MODELO: FH-100-X    SERIE: FH10X140B055

CODIGO: 0086    NUMERO: 74695    FECHA: 2017-07-19

EMPRESA: AOXLAB S.A.S    DIRECCION: CALLE 32 F No. 74 B 122

**ANAYCO CERTIFICA QUE EL SISTEMA CUMPLE CON LAS NORMAS 209D  
Y 209E DEL FEDERAL STANDARD**

VALIDACION REALIZADA POR:

A handwritten signature in black ink, appearing to be "JP" or "JM", written over a horizontal line.

JUAN PABLO MARTINEZ GARCÍA



## CERTIFICADO DE VALIDACIÓN

### PRUEBA DE VELOCIDAD PARA DETERMINAR FLUJO DE AIRE

*1	*2	*3
----	----	----

### REGISTRO DE VELOCIDADES INDIVIDUALES FILTRO ABSOLUTO HEPA (Area de trabajo)

1	0.71 Km/h
2	0.72 Km/h
3	0.70 Km/h

VELOCIDAD PROMEDIO	0.71Km/h
CONCEPTO:	APROBADO

## CERTIFICADO DE VALIDACIÓN

### PRUEBA DE LUX PARA DETERMINAR INTENSIDAD LUMINICA

*2	*5
*3	*4
*1	

**MEDICION DE LA INTENSIDAD DE LA LUZ**

LUZ BLANCA	
1	443 LUX
2	378 LUX
3	392 LUX
4	399 LUX
5	343 LUX

PROMEDIO LUZ BLANCA	255.3 LUX
CONCEPTO:	APROBADO

**CERTIFICADO DE VALIDACIÓN**  
**PRUEBA DE LUX PARA DETERMINAR INTENSIDAD**  
**LUMINICA**

*2		*5
	*1	
*3		*4

**MEDICION DE LA INTENSIDAD DE LA LUZ**

LUZ UV	
1	53 LUX
2	75 LUX
3	96 LUX
4	56 LUX
5	72 LUX

PROMEDIO LUZ UV	70.4 LUX
CONCEPTO:	APROBADO

FIN DEL CERTIFICADO