
	Formato de aseguramiento de la integridad de los equipos del Laboratorio AOXLAB S.A.S	Identificación: FOR-TC-004
		Revisión: 0
		Inicio de vigencia: 2017/08/10

Formato de aseguramiento de la integridad de los equipos del Laboratorio FOR-TC-004



(3) Almacenamiento del registro:		(1) Consecutivo No :	002
Archivador Fisicoquímica/186		(2) Fecha de registro:	2017/08/01
(4) IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO (INCLUYE SOFTWARE)			
Descripción:		AUTOCLAVE ELECTRICA A VAPOR	
Marca:		ALL AMERICAN	
Modelo:		N.A	
No. Serie:		H0004095	
Identificación interna:		157	
Ubicación del equipo:		Microbiología	
Fecha de instalación:		2016/11/30	
(5) CONFIRMACIÓN METROLÓGICA			
Especificaciones de operación	Equipo	Requerida	Dictamen u observación
Temperatura	Max 133°C	A necesidad	
Presión	30 PSI	A necesidad	Buenas condiciones de funcionalidad
Especificaciones de medición	Equipo	Requerida	Dictamen u observación
División de escala:	NA	NA	
Escalón de verificación:	NA	NA	
Carga mínima:	NA	NA	
Carga máxima:	39L	39L	
Exactitud:	NA	NA	Buenas condiciones de funcionalidad
Conclusión de la confirmación metrológica: Confirmado metrológicamente			
(6) INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN Y CONSERVACIÓN			
Operación o manejo:		Manual del equipo y Guía rápida	
Verificación requerida:		Quincenal	

	Formato de aseguramiento de la integridad de los equipos del Laboratorio AOXLAB S.A.S	Identificación: FOR-TC-004
		Revisión: 0
		Inicio de vigencia: 2017/08/10

Condiciones de almacenaje requeridas:		NA				
Condiciones de traslado requeridas:		NA				
Mantenimiento requerido:		Anual o a necesidad				
Histórico de fallas y reparaciones:	Ajustes				Fecha	
	Fallas					Fecha
	Reparaciones					Fecha
	(7) Estado de operación en el Laboratorio:	Vigente	Fuera de especificación	En observación	Dañado:	Otro:
	(8) Realizó: Laura Victoria Londoño S Nombre y firma		Aprobó: Yasmín Lopera Pérez Nombre y firma			Fecha: 2017/08/01

Ref: PROC-TC-004/ PROC-TC-007/MGC

	Formato de aseguramiento de la integridad de los equipos del Laboratorio AOXLAB S.A.S	Identificación: FOR-TC-004
		Revisión: 0
		Inicio de vigencia: 2017/08/10

Instrucciones de llenado:

- (1) Indicar el número de consecutivo del registro, ej. 001/2015
- (2) Indicar la fecha que se realizó el registro.
- (3) Indicar el lugar físico o ruta electrónica donde se debe almacenar o coleccionar el formato una vez lleno (convertido en registro).
- (4) Indicar nombre del equipo, marca, modelo, serie, otra identificación y ubicación del equipo.
- (5) Indicar especificaciones de operación y de medición requeridas del equipo y comparar con las que realmente tiene. Si cumple con lo requerido, se dice que está confirmado metrológicamente.
- (6) Indicar las instrucciones recomendadas para operar el equipo, si requiere calibración indicar periodicidad, medidas de almacenaje y traslado, si requiere mantenimiento indicar periodicidad; e historial de fallas, ajustes y reparaciones.
- (7) Indicar el estado de operación del equipo en el Laboratorio.
- (8) Indicar el personal que realizó y aprobó el registro. Indicar fecha en que se cerró el registro.
- (Nota) Recuerde tachar o cancelar los espacios en blanco no utilizados durante el llenado de este formato (en operación) y mantenerlo siempre legible. Si requiere hacer algún cambio a un valor ya escrito (registro), colocar el nuevo valor al lado y rubricarlo con fecha sin hacer ilegible el anterior.